



LTオールPシリンジ 2mL 滅菌済
HJJ4020-LT



初期状態



この線の部分で容量を計測して下さい。

(シリンジ筒の内壁とピストン先端の円盤状のパーツが接する部分に薄い線のように見える部分。写真は0.5mLの場合)