オールプラスチックディスポシリンジ
30，50mL新旧製品の仕様差異について

〇旧製品(HSW HENKE-JECT®)

〇医療機器登録有

型番	容量	入数	仕様	
HJ4830-LL	30mL	50pcs/箱	ルアーロック(中口)、滅菌済み	**メーカー製造中止**
HJ4850-LL	50mL(60mL)	30pcs/箱	ルアーロック(中口)、滅菌済み	**メーカー製造中止**

〇新製品(LABCATシリンジ)

〇研究・分析用

型番	容量	入数	仕様
LC4830S-LL	30mL	40pcs/箱	ルアーロック(横口)、滅菌済み
LC4850S-LL	50mL(60mL)	25pcs/箱	ルアーロック(横口)、滅菌済み

〇仕様変更点

①印字の変更

青色→黒色、「DISCARD AFTER USE」の文言の追加、「LABCAT」ロゴの印字

30mLシリンジについて、目盛りが2mL刻みになっています。

②ネジ切込口

旧製品では中口仕様でしたが、デッドボリュームがさらに抑えられる横口仕様に変更となっております。

③寸法

旧製品	本体長さ(プランジャー完全挿入時)	外径	内径
30mL	132.0mm	24.6mm	22.6mm
50mL	150.0mm	31.0mm	29.0mm

新製品	本体長さ(プランジャー完全挿入時)	外径	内径
30mL	140.96±0.5mm	23.8±0.1mm	22.03±0.06mm
50mL	145.2±0.5mm	30.95±0.15mm	29.23±0.06mm

④滅菌製品のみ

旧製品では滅菌済みと、バルク状態での2種類での販売でしたが、

新製品につきましては**滅菌済みブリスターパック入の販売のみ**になります。



⑤入数

旧製品と新製品で入数に変更があります。

	旧製品	新製品
30mL	50本	40本
50mL	30本	25本

⑥潤滑剤について

シリコンフリーで、旧製品はエルカミド(エルカ酸アミド)またはオレイン酸でしたが、

新製品ではエルカミド(エルカ酸アミド)となっております。